

# Implantologie et prothèse:

Ma version du  
Porte empreinte  
Individuel extemporané.

Dr Hicham KHAYAT.

**Malaxer puis Aplatir un boudin d'un silicone quelconque en rectangle de 4 cm sur 12 cm avec une épaisseur de 5 mm (espacement pour le matériau à empreinte).**


**Plaquer sur les surfaces que l'on souhaite enregistrer.**

**Eviter les zones réflexogènes.**

**Laisser dépasser les vis des transferts pick-up sur 2 mm (soit l'épaisseur d'une plaque Photopolymérisable pour PEI de laboratoire)**




**Aspect du silicone au retrait.**




**Dégrossissage.**

**Léger élargissement des ouvertures autour des têtes des transferts.**



**Former une plaque Photo sur le silicone, découper les bords, lisser les angles, former un manche.**



**Passage aux UV. Obtention d'un PEI ajusté aux arcades mais  
surtout aux  
transferts pick-up en place !**



**Essayage en bouche.**


**Notez la situation gingivale du manche qui autorise  
l'insertion simultanée éventuelle des PEI supérieur et inférieur.**



Prise d'empreinte.  
Les vis émergent juste au dessus du PEI.







**Le maintien du transfert au sein de l'empreinte est maximal.**

**Toute la longueur libre du transfert est prise dans le matériau d'empreinte.**

**L'indexation est excellente.**

**Dans ce contexte mécanique la solidarisation des transferts est superflue.**

**L'empreinte est robuste et résiste bien aux manœuvres de laboratoire.**

## **Avantages:**

- 1- Concept unique et efficient (PEI ajusté aux transferts)**
- 2- Absence de reflexe nauséeux.**
- 3- Confort exceptionnel pour le patient.**
- 4- Economie de matériau.**
- 5- Economie d'un embout de malaxage automatique en cas d'empreinte simultanée haut et bas.**
- 6- Economie de temps.**
- 7- Empreinte Hygiénique ( Porte empreinte jetable).**
- 8- Empreinte écologique (Un aller retour au laboratoire en moins, matériau biodégradable).**
- 9- DIY.**

**Feed-back et suggestions: [hichamkhayat@gmail.com](mailto:hichamkhayat@gmail.com)**